

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.29-2013

Znak pisma: RB-16-37-p53/2013

Czarny Dunajec 20.09.2013r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: **Przetarg Nr 29/2013 p.t.: Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w miejscowości Czarny Dunajec.**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20 września 2013r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

A pkt.13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta z menu w języku polskim posiadającym frame rate na poziomie 700 obr/s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów i parametrów.

Zapytanie nr 2

Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią filmową CINE min. 6000 obrazów, proszę pamiętać że w praktyce wykorzystuje się więcej niż 3000 obrazów, a więc stawiany wymóg przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia, a prowadzi jedynie do ograniczenia konkurencji i preferuje urządzenie firmy [.....]

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Zapytanie nr 3

A Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści zakres pola obrazowania min. 2-30 cm – w praktyce wykorzystywane jest pole obrazowe z regulacją w zakresie od 2 cm do maksymalnie 25 cm. Prosimy zatem o dopuszczenie aparatu którego zakres regulacji pola obrazowego wynosi 2 – 30 cm. Proszę pamiętać że u człowieka głębokość pola obrazowania powyżej 30 cm nie występuje, a więc wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia, a prowadzi jedynie do ograniczenia konkurencji i preferuje urządzenie firmy [.....].

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Zapytanie nr 4

A Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o masie do 120 kg? Taka różnica w wadze aparatu przy nowoczesnym układzie jezdnym i ergonomicznej, kompaktowej budowie nie wpłynie na mobilność aparatu ani na komfort pracy operatora, a taka modyfikacja wymagań zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta firmę [.....].

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Zapytanie nr 5

Pkt. C

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą convex o zakresie 1,5-5,5 MHz; 128 elementach i kącie skanowania 90° oraz 4 częstotliwości podstawowe i trzy częstotliwości harmoniczne. Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta firmę [.....].

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Zapytanie nr 6

Pkt. D

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z głowicą endowaginalną o zakresie 4-10 MHz; 128 elementach i kącie skanowania 155° oraz 4 częstotliwości podstawowych i trzy częstotliwości harmoniczne. Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta firmę [.....].

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl