



Znak sprawy: RB.271.29-2013

Znak pisma: RB-16-37-p56/2013

Czarny Dunajec 25.09.2013r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: **Przetarg Nr 29/2013 p.t.: Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w miejscowości Czarny Dunajec.**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20 września 2013r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. i wymagania z zakresu świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem personelu w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Zapytanie nr 2

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry o 4 ogniskach? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Zapytanie nr 3

A Pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry o powiększeniu ZOOM 16x, ale bez wyświetlania krotności powiększenia na ekranie? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Zapytanie nr 4

A Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry o wadze do 105kg? Taka różnica w wadze aparatu przy nowoczesnym układzie jezdnym i ergonomicznej, kompaktowej budowie nie wpłynie na mobilność aparatu ani na komfort pracy operatora, a tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Zapytanie nr 5

Pkt. 2 Głowica endowaginalna

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą endowaginalną o zakresie pracy 4-9 MHz, 128 elementach i kącie widzenia 148 stopni? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Zapytanie nr 6

Pkt. 3 Możliwość rozbudowy

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę liniową o częstotliwości 5-13 MHz? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienia do postępowania wielu innym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl